

化学与环境工程学院实验室安全检查通报

【2021】第9期

检查时间：2021年11月30日

检查范围：教学实验室和学科实验室

检查人员：关明云、秦恒飞、刘玉海、赵兴红

各实验室安全责任人：

依据化学与环境工程学院实验室安全管理办法要求，2021年11月30日下午，我院实验室安全工作小组对各教学和学科实验室进行了专项检查。现将检查发现的问题通报如下：

一、教学实验室存在的问题：

1、教学实验室 14-514

- (1) 电柜门未锁；
- (2) 安全防护用品随意放在通风橱里。

二、学科实验室主要存在的问题

1、学科实验室 14-415

- (1) 危险品试剂柜内有配伍禁忌化学品混放；
- (2) 冰箱内空试剂瓶未及时清理；
- (3) 管制品、危化品废瓶随意放置；
- (4) 学生未穿实验服。

请各实验室安全负责人重视实验室安全工作，针对检查中发现问题，积极整改，将整改报告及证明材料于12月7日前交至中心实验室。

