

化学与环境工程学院实验室安全检查通报

【2021】第 7 期

检查时间：2021 年 9 月 29 日

检查范围：教学实验室和学科实验室

检查人员：关明云、秦恒飞、刘玉海、赵兴红

各实验室安全责任人：

根据学校《关于开展全校卫生大扫除的通知》精神，依据化学与环境工程学院实验室安全管理办法要求，2021 年 9 月 29 日上午，我院实验室安全工作小组对各教学和学科实验室进行了专项检查。现将检查发现的问题通报如下：

一、教学实验室存在问题

- 1、化工原理实验室安全值日台账未及时记录更新；
- 2、精细化工实验室卫生状况不好；
- 3、环境微生物实验室有紧急淋洗液标识不全和试剂瓶盖未拧紧等问题。

二、学科实验室主要存在危化品和管控类化学品管理问题

1、 学科实验室 5-315：

- (1) 危化品试剂柜警示标识不全、未上锁；
- (2) 安全值日台账记录未及时更新；
- (3) 配电箱未上锁，有遮挡物；

2. 学科实验室 5-316：

- (1) 危化品试剂柜未上锁、警示标识不全；
- (2) 危化品试剂柜内试剂摆放不符合要求（参照《实验室安全检查表》4.1 内容），个别试剂瓶标签腐烂未补贴；
- (3) 管控类化学试剂柜未上锁、警告标识不全；
- (4) 反应器用纸箱遮盖；
- (5) 安全台账未及时更新。

请各实验室安全负责人重视实验室安全工作，针对检查中发现的问题，积极整改，将整改报告及证明材料于 10 月 4 日前交至中心实验室。

化学与环境工程学院

2021 年 9 月 29 日

