

化学化工学院实验室安全检查通报

【2025】第 4 期

检查时间：2025 年 3 月 11 日

检查范围：教学实验室和学科实验室

检查人员：宋肖锴、刘玉海、周雅静

各实验室安全责任人：

为保障实验室安全，切实做好实验室安全工作，加强安全意识，消除安全隐患，预防实验室安全事故的发生，保障师生的人身安全和校园的安全稳定，根据化学化工学院实验室安全管理办法要求，3 月 11 日，学院副院长宋肖锴、中心实验室主任刘玉海和院安全检查小组相关人员对 4 号楼、5 号楼、14 号楼、45 号楼和 32 号楼的教学与科研实验室进行安全检查“回头看”。现将检查发现的问题通报如下：

一、科研实验室存在的问题：

1、科研实验室 5-214

- (1) 反应物冒烟未放入通风橱操作；
- (2) 碘易燃易升华建议单独存放；
- (3) 学生使用通风橱不规范。

2、科研实验室 5-217

- (1) 废液桶放在通风橱内；
- (2) 氨水与强酸，还原剂与氧化剂均未分开放置；
- (3) 危化品硫脲放试剂架上，未放入柜内上锁；
- (4) 冷冻干燥机缺操作规程和安全注意事项。

3、科研实验室 45-2-906

- (1) 危化品试剂柜张贴试剂清单与实际不符且部分危化品柜没有试剂清单；
- (2) 危化品柜内试剂混乱，未分类分层。

4、科研实验室 45-2-909

- (1) 危化品试剂柜未上锁；
- (2) 危化品柜内试剂混乱，未分类分层。

5、科研实验室 4-224

- (1) PP 柜门打开，钥匙插在柜门上未上锁，柜内试剂混放；
- (2) 防爆冰箱未有双锁；
- (3) 纯净水原标签未去除。

6、科研实验室 4-309

- (1) 危化品柜未锁，柜内试剂混放；
- (2) 灭火器箱上未写灭火器类型；
- (3) 防爆冰箱张贴试剂清单；
- (4) 气瓶与管式炉放太近。

7、科研实验室 4-310

- (1) 易燃试剂未放入防爆柜；
- (2) 易燃物放普通冰箱，试剂混放叠放。

二、教学实验室存在的问题：

1、教学实验室 4-307

- (1) 实验室卫生情况差。

请各实验室安全负责人重视实验室安全工作，针对检查中发现的问题，积极整改，将整改报告及证明材料于 3 月 13 日前交至中心实验室。

