

化学与环境工程学院实验室安全检查通报

【2021】第 2 期

检查时间：2021 年 3 月 24 日

检查范围：教学实验室和学科实验室

检查人员：关明云、叶招莲、刘玉海

各实验室安全责任人：

2021 年 3 月 24 日下午，我院实验室安全工作小组按照《化学与环境工程学院实验室安全检查表》对教学和部分学科实验室进行了安全检查，同时对寒假期间实验室安全工作提出了要求。现将检查发现的问题通报如下。

1. 环境工程实验室：

- (1) 有废弃物纸板箱等；
- (2) 安全值日台账记录不完整，缺少喷淋器等检查记录；
- (3) 接线板无固定；
- (4) 腐蚀品等危险化学品存放不规范；
- (5) 管制化学品使用记录不规范；
- (6) 存在无标识空饮料瓶；；
- (7) 废弃物分类容器不规范；

2. 环境微生物实验室：

- (1) 有废弃物纸板箱等；
- (2) 安全值日台账记录不完整，缺少喷淋器等检查记录；
- (3) 急救物品缺少淋洗液；
- (4) 管制化学品使用记录不规范；

3. 5-206，黄寿强学科实验：

- (1) 管式炉、高温炉位置过低；
- (2) 废弃物分类容器不规范；
- (3) 实验室物品杂乱，卫生状况较差；
- (4) 存在无标识空饮料瓶；

- (5) 管制化学品存放不规范，无使用记录；
- (6) 危化品试剂柜无柜内试剂清单，无警告标识；

4.5-209，赵松建学科实验：

- (1) 有废弃物纸板箱等；
- (2) 安全值日台账记录不完整，缺少喷淋器等检查记录；
- (3) 废弃物分类容器不规范；
- (4) 高温炉周围有易燃物；
- (5) 管制化学品存放不规范，无使用记录；
- (6) 危化品柜无警告标识，无柜内试剂清单。

请各实验室安全负责人重视实验室安全工作，针对检查中发现的问题，积极整改，将整改报告及证明材料于4月2日前交至中心实验室。

